microQuark

Spirometro USB

Specifiche Tecniche

Prodotto	Descrizione	REF
microQuark	Spirometro USB	C09061-01-99
Dotazione standard	microQuark, flussimetro, adattatori, valigetta, Software OMNIA®, manuale utente	
Test		
Spirometria	Capacità vitale forzata (FVC) Pre/Post/Challenge, Capacità vitale lenta (SVC) Pre/Post, Massima ventilazione volontaria (MVV)	
Hardware		
Dimensioni & Peso	150 x45 x53 mm / 77 g	
Interfaccia	USB	
Alimentazione	via USB	
Flussimetro	**T2**	
Tipo	Turbina digitale bidirezionale	
Range di flusso	0-16 L/s	
Accuratezza di flusso	± 5% o 200 mL/s	
Range di volume	0-12 L	
Accuratezza di volume	± 2.5% o 50 mL	
Risoluzione	12 mL	
Resistenza	<0.8 cmH_2O /L/s @ 14L/s	
Software	**OMNIA**	
Lingue disponibili	Inglese, Cinese (tradizionale e semplificato), Ceco, Danese, Olandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico (solo interpretazione), Italiano, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco	
Requisiti PC	Windows 8.x (32 bit, 64 bit), Windows 10 (32 bit, 64bit), Windows 11 (64bit)	
Requisiti OS	CPU ≥ 2Ghz, RAM ≥ 4GB, HD ≥ 10GB installazione completa, risoluzione monitor ≥ 1366x768 pixel, ≥2 porte USB	
Opzioni & Accessori	**Descrizione**	**REF**
Siringa di calibrazione	Siringa certificata da 3L per controlli di accuratezza	C00600-01-11
Consumabili	**Descrizione**	**REF**
Filtri antibatterici/antivirali	Monouso con boccaglio ovale (50 pz.)	A-182-300-005
Pinzette stringinaso	Monouso (25 pz)	A-662-100-001
Sicurezza & Standard di Qualità		
MDD (93/42 EEC); MDR (2017/745) in attesa; FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)		

CE 0476

COSMED
The Metabolic Company

All trademarks, registered trademarks and logos are the property of their respective owners.

© 2022/09-a COSMED E & OE. Subject to alterations without prior notice. REF C09061-01-80

COSMED

COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37
Albano Laziale - Rome 00041
Italy
+39 (06) 931-5492 Phone
+39 (06) 931-4580 Fax

cosmed.com

Distribuito da